

NİTRİT TESTİ

- 1) Sadece gerektiği kadar test çubuğu çıkartın. Test çubuğunu aldıktan sonra hemen kabın ağzını kapatın. Test alanına dokunmayın.
- 2) Çubuğu 1 saniyelikliğine ölçüm yapılacak sıvıya batırınız. (pH 2-12)
- 3) Sıvının içinde sallayınız.
- 4) 60 saniye bekleyiniz.
- 5) Renk skalasında karşılaştırınız. Eğer nitrit mevcutsa test çubuğunda renk turuncudan kırmızıya döner.

Ölçüm Aralığı: 0.1-3 g/L NO₂⁻, 100-3000 PPM NO₂⁻

Renk Derecelendirmesi: 0=0 PPM NO₂⁻

0.1=100 PPM NO₂⁻

0.3=300 PPM NO₂⁻

0.6=600 PPM NO₂⁻

1=1000 PPM NO₂⁻

2=2000 PPM NO₂⁻

3=3000 PPM NO₂⁻